
 Laboratori testues për cilësinë e derivateve të lëngëta të naftës	Raport testimi - Testing report	 SK EN ISO / IEC 17025:2007 LT / 057 / 2018 / DAK
		R-5.10-2
	Versioni 2 Rishikimi 3	Faqe 1

Numri i raportit / Report number: 04-1552/2018

Lënda nr. / Case no.	L 2251/2018
Numri i plumbës / Seal number	13-400029
Lloji i karburantit / Type of fuel	Derivat i Naftës
Emri i klientit / Customer name	Dogana e Kosovës
Adresa e klientit / Customer address	Lagjja Kalabria, Rr. Rexhep Krasniqi - Prishtinë
Data e pranimit të mostres / Sample received	10.12.2018
Analizuar më / Sample analysed	10.12.2018
Gjendja e mostrës / Sample condition	E rregullt <input checked="" type="checkbox"/> jo- e rregullt <input type="checkbox"/>

Rezultatet e testimit / Test results

Karakteristika Property	Metoda Method	Vlerat e lejuara Permissible values		Njësia matëse Measuring unit	Rezultati Result
		Min.	Max.		
Sasia e squfurit Sulphur Content	EN ISO 20846	-	10.0	mg/kg	x
Densiteti në 15 °C Density at 15 °C	ASTM D 5453 EN ISO 12185	820.0	845.0	kg/m ³	x
Distilimi / Distillation					
% (V/V) i rikthyer në 250°C / % (V/V) returned at 250°C	EN ISO 3405		<65	% (V/V)	12.6
% (V/V) i rikthyer në 350°C / % (V/V) returned at 350°C	ASTM D86	85		% (V/V)	46.2
95% (V/V) i rikthyer në / 95% (V/V) returned at			360	°C	385.1
Numri Cetanik Cetane Number	ASTM E 1655	51.0	-	-	x
Indeksi Cetanik Cetane Index	Mod.ASTM D 613 EN ISO 4264	46.0	-	-	x
Përmbajtja e ujit Water content	EN ISO 12937	-	200	mg/kg	x
Pika e ndezjes Flash Point	EN ISO 2719	55	-	°C	x
Hidrokarburet policiklike aromatike Polycyclic Hydrocarbon Aromatics	ASTM E 1655	-	8	%m/m	x
Përmbajtja e esterit metilik të acidit yndyror EMAY Fatty acid methyl ester content FAME	EN 14078	-	7.0	% (V/V)	x
Pika e Filtrabilitetit (prej 16.11 deri 29.02) Cold Filter Plugging Point (from 16.11 to 19.02)	EN 116 ASTM D 6371	-	-20	°C	x

Vërejtje/Remarks:

- Rezultatet e testimit vlejné vetëm për mostrën e pranuar.
Test results related only for the sample received
- Raporti i analizës nuk mund të shumëzohet si i tërë pa aprovimin me shkrim nga ana e Laboratorit.
Analyses report shall not be reproduced except in full, without written approval of the Laboratory



Menaxher i Cilësisë
Adriatik Vishaj